


Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Курской области  
(Территориальный орган Росздравнадзора по Курской области)



г. Курск

с 10 ч. 00 мин. «13» марта 2015 г.  
по 16 ч. 00 мин. «09» апреля 2015г.

**АКТ ПРОВЕРКИ № 52**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресам: 305000, г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.8.

- 305048, г. КУРСК, переулок 1-й Суворовский, д.73-а.
- 305004, г. КУРСК, ул. Садовая, д.42-б.
- 307177, Курская область, г. Железнодорожск, ул. Курская, д. 76.
- 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д.81.
- 307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Советских Космонавтов, д.5а.
- 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д.76.
- 306800, Курская область, п. Горшечное, пер. Больничный, 3

на основании приказа Территориального органа Росздравнадзора по Курской области №П46- 51/14 от 18.02.2015г. (руководитель И.В. Чеканов) была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Бюро СМЭ») устранения нарушений, указанных в предписании к акту проверки от 18.02.2014г. №11:

**Дата и время проведения проверки:**

305000, г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.8 (отдел судебно-химических экспертиз, отдел сложных (комплексных) экспертиз, медико-криминалистическое отделение)

13.03.2015г. с 09 час. 20 мин. до 15 час. 00 мин.

16.03.2015г. с 10 час. 15 мин. до 14 час. 50 мин.

01.04.2015 с 10 час. 10 мин. до 15 час. 50 мин.

305048, г. Курск, переулок 1-й Суворовский, д.73-а (отдел экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц, судебно-биологическое отделение)

17.03.2015г. с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

305004, г. КУРСК, ул. САДОВАЯ, д.42-б (танатологическое отделение и отделение судебно-гистологических экспертиз)

18.03.2015г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

307177, Курская область, г. Железнодорожск, ул. Курская, д. 76

19.03.2015г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

306530, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д.81

23.03.2015г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 15 мин.

307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Советских Космонавтов, д.5а.

24.03.2015г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д.76.

25.03.2015г. с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

306800, Курская область, п. Горшечное, пер. Больничный, 3

26.03.2015г. с 10 час. 20 мин. до 15 час. 45 мин.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: Территориальный орган Росздравнадзора по Курской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: начальник ОБУЗ «Бюро СМЭ» Лыскова Светлана Витальевна 18.02.2015г. 16часов.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_.

Лицо(а), проводившее проверку:

Тарасова Елена Ивановна – начальник отдела Территориального органа Росздравнадзора по Курской области, Полянская Ольга Владиславовна - главный специалист-эксперт Территориального органа Росздравнадзора по Курской области, Ивашова Наталья Степановна - ведущий специалист-эксперт Территориального органа Росздравнадзора по Курской области.

При проведении проверки присутствовала: начальник ОБУЗ «Бюро СМЭ» Лыскова Светлана Витальевна.

### **В ходе проверки установлено следующее:**

1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

2. Выявлено несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_.

3. Выявлены факты **невыполнения предписания** органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (предписания к акту проверки от 18.02.2014г. №11):

Не устранены нарушения, требующие определенных финансовых затрат

### **Осуществление контроля за порядком производства судебно-медицинской экспертизы**

1. Правомочность производства судебно-медицинской экспертизы:  
Нарушения устранены.

2. Соблюдение сроков производства экспертизы (в соответствии с инструкцией о производстве судебно-медицинской экспертизы в СССР утвержденной приказом от 21 июля 1978 г. N 694 Министерства здравоохранения СССР "Об утверждении инструкции о производстве судебно-медицинской экспертизы, положения о Бюро судебно-медицинской экспертизы и других нормативных актов по судебно-медицинской экспертизе»: нарушения устранены.

3. Соблюдение организации и порядка производства судебно-медицинских экспертиз (в соответствии с ст. 12, 13, 15 Федерального закона от 31.05.2001 г N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 2010 г. N 346н "Об утверждении Порядка организации и производства



судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации"):

3.1. наличие у экспертов соответствующей профессиональной подготовки: имеется.

3.2. обеспечение условий, необходимых для производства судебно-медицинских экспертиз (наличие специальных помещений, лабораторий, морга, холодильной камеры, оборудования и пр.) (в соответствии со ст. 27, 32, 33 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" и приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 2010 г. N 346н "Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации"):

По адресу 305000, г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.8.

Уровень оснащения недостаточный.

Для проведения судебно-химических экспертиз отсутствуют:

- аппаратно-программный комплекс для исследований (анализатор автоматический) методом гетерогенного иммуноферментного анализа с комплектом расходных материалов;
- аппаратно-программный комплекс на базе жидкостного хроматографа в комплектации с 2 насосной системой, устройством автоматического ввода пробы, термостатированием, многоволновым спектрофотометрическим детектированием;
- лабораторное и другое оборудование.

Для проведения медико-криминалистических экспертиз отсутствуют:

- комплекты специализированных программных средств для остеологических и других исследований
- цифровая мобильная рентгеновская система,
- программно-аппаратные комплексы для идентификации личности по черепу и прижизненной фотографии и трёхмерного моделирования черепа
- репродукционная установка

По адресу 305048, г. КУРСК, переулок 1-й СУВОРОВСКИЙ, д.73-а

Оснащение в отделении судебно-биологических экспертиз и отделе СМЭ потерпевших, обвиняемых и других лиц не соответствует установленным требованиям. Так, для проведения судебно-биологических экспертиз по-прежнему, отсутствуют: вортекс, камера морозильная -30 °С.... -40 °С вертикальная, мешалка магнитная, мойка ультразвуковая, рН-метр (иономер), ультрафиолетовый осветитель криминалистический.

По адресу 305004, г. КУРСК, ул. САДОВАЯ, д.42-б Отмечается дефицит площадей и помещений для осуществления медицинской деятельности: судебно-гистологическое отделение не соответствует по набору помещений и площадям.

По-прежнему низким остаётся уровень оснащения танатологического и судебно-гистологического отделений.

В танатологическом отделении отсутствуют, источник инфракрасного излучения, рентгеновский аппарат для исследования объектов в жестких рентгеновых лучах.

Судебно-гистологическое отделение не оснащено криостатом с устройством глубокого замораживания, микроскопом лабораторным стереоскопическим по схеме Аббе, с цифровой системой документирования, микроскопом рабочим стереоскопическим по схеме Грену, увеличение до 200(x), проходящий и отраженный свет, с цифровой системой документирования, микроскопом лабораторным со встроенной системой освещения, с поляризационными элементами, с цифровой системой документирования, микроскопом универсальным исследовательским, обеспечивающим методы исследования светлое и темное поле, фазовый контраст, ДИК-контраст, люминесценция, с устройством для поляризации, с моторным управлением и графической станцией для анализа и обработки изображения.

В Дмитриевском, Железноорском, Рыльском, Горшеченском и Щигровском межрайонных отделениях бюро СМЭ сохраняется недостаточный уровень оснащения. В секционной отсутствуют: источник инфракрасного излучения, рентгеновский аппарат для исследования объектов в жестких рентгеновых лучах.

4. Соблюдение объективности, всесторонности и полноты исследований (в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 31.05.2001 г N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации и приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 2010 г. N 346н "Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации")\*: нарушения устранены.

#### **Порядок производства судебно-медицинской экспертизы:**

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 2010г. N 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации»:

укомплектованность врачебными кадрами низкая, составляет 42.5 % от предусмотренной штатным расписанием, нагрузка на 1 врача-специалиста превышает нормативную более, чем в 3 раза;

сохраняется дефицит площадей и помещений для осуществления медицинской деятельности по адресам: г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.8 (отдел сложных экспертиз, судебно-биологическое, судебно-химическое, медико-криминалистическое отделения) г. Курск, ул. Садовая 42-б (отдел экспертизы трупов и судебно-гистологическое отделение). В проведении капитального ремонта нуждается подавляющее большинство имеющихся помещений по адресу ул. Серафима Саровского.

приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая 2010г. N 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации»: в целом по учреждению уровень оснащения оборудованием не соответствует утвержденному стандарту оснащения.



## 4. Нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
 \_\_\_\_\_ Тарасова Е.И.  
  
 \_\_\_\_\_ Полянская О.В.  
  
 \_\_\_\_\_ Ивашова Н.С.

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):  
начальник

ОБУЗ «Бюро СМЭ»  
«09» апреля 2015г.



Лыскова С.В.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)